

**Lista pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem dotyczącym wyłonienia
Wykonawcy zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą
techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"
w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni**

1. Dotyczy „Parametry techniczne sterylizatora” pkt. 24
 - a) Czy zamawiający dopuści sterylizator z brakiem możliwości zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego? Parametry cykli są odpowiednio przebadane i zwalidowane. Każda ingerencja zewnętrzna w zwalidowany program naraża wsad na uzyskanie nieprawidłowych wartości, a tym samym na nie skuteczną sterylizację.
Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.
 - b) Czy zamawiający dopuści hasła z dwoma poziomami dostępu dla personelu oraz serwisu technicznego?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dla hasła z dwoma poziomami dostępu.
2. Dotyczy „Parametry techniczne sterylizatora” pkt. 29
 - a) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie wymaga uruchamiania programu serwisowego podczas wymiany uszczelki drzwi w żadnej ze stron? Rozwiązanie, o którym mowa gwarantuje łatwość ręcznej wymiany uszczelki zawsze w prawidłowy sposób.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
3. Dotyczy „Parametry techniczne sterylizatora” pkt. 44
 - a) Czy zamawiający dopuści półautomatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) polegające na wywołaniu procesu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku umiejscowionego na panelu czołowym od strony załadowczej, przez uprawniony personel?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
4. DOT: VII. Zabezpieczenie realizacji zadania: Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał doświadczenie polegające na dostawie w latach 2017 – 2023 dla co najmniej 3 placówek medycznych wyposażenia centralnej sterylizatorni o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Czy zamawiający dopuści Oferenta który posiada doświadczenie polegające na dostawie w latach 2017-2023 dla co najmniej 3 placówek medycznych wyposażenia centralnej sterylizatorni o wartości łącznej minimum 1.000.000,00 zł.
Odp.: Zamawiający dopuści Oferenta, który posiada doświadczenie polegające na dostawie w latach 2017-2023 dla co najmniej 3 placówek medycznych wyposażenia centralnej sterylizatorni o wartości minimum 1.000.000,00 zł dla każdej z 3 dostaw.
5. DOT: VII. Zabezpieczenie realizacji zadania: Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał doświadczenie polegające na dostawie w latach 2017 – 2023 dla co najmniej 3 placówek medycznych wyposażenia centralnej sterylizatorni o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. Czy zamawiający dopuści Oferenta który posiada doświadczenie

polegające na dostawie w latach 2017-2023 urządzeń na łączną wartość powyżej 4.000.000,00 zł do innych podmiotów (w tym placówek medycznych).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę warunku dostępu.

6. DOT: STERYLIZATOR PAROWY: Pkt 38: Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. Czy zamawiający dopuści urządzenia posiadające serwis przodu oraz jednej ze stron (lewej lub prawej) o szerokości 114cm? Szerokość urządzeń pozwala na spokojne umieszczenie ich w przeznaczonym miejscu, pozostawiając przestrzeń serwisową pomiędzy nimi (ok 77cm). Przestrzeń ta może zostać zabudowana lub wykorzystana np. na okienko podawcze.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

7. DOT: MYJNIA DEZYNFEKTOR: Pkt 13. Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. Czy zamawiający dopuści urządzenia z ciśnieniowym czujnikiem wykrywania piany?

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

8. DOT: MYJNIA DEZYNFEKTOR: Pkt 37. Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu dotykowego sterownika. Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym liczba programów wynosi 40 a 3 z nich są wybierane za pomocą 3 różnych klawiszy klawiatury.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

9. Pkt 13 i 14: Czy Zamawiający dopuści czujnik obecności piany oraz zapchania systemu filtrującego zlokalizowany w systemie cyrkulacyjnym? Uzasadnienie: Dla użytkownika ważny jest efekt działania czujnika, a nie indywidualne rozwiązania danego producenta. Opisane rozwiązanie stosowane jest wyłącznie przez jednego producenta.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

10. Pkt 15: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system anty-pianowy, w przypadku którego dodatkowe płukania uruchamiane są w sposób kontrolowany przez obsługę? Uzasadnienie: Ze względu na specyfikę procesu mycia i dezynfekcji wszelkie anomalie procesu w tym wystąpienie piany są sygnalizowane przez urządzenie – decyzja, co do dalszego postępowania jest podejmowana przez personel. Opisane rozwiązanie stosowane jest wyłącznie przez jednego producenta.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

11. Pkt 17 i 18: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę spustową przyspieszającą czas spustu wody z komory zamiast wymaganego zaworu spustowego?

Uzasadnienie: Zastosowanie pompy spustowej zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do kanalizacji. Zawór spustowy zapewnia tylko grawitacyjny odpływ wody.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

12. Pkt 18: Czy Zamawiający dopuści innowacyjny system cyrkulacyjny z dwoma pompami, osobno do zasilania wózka wsadowego i komory myjącej, wraz z regulacją wydajności systemu w zależności od rodzaju mytych elementów? Uzasadnienie: Układ pompy powinien zapewniać skuteczne mycie i dezynfekcję. Producenci dobierają pompy do strat hydraulicznych układu. Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-EN 15883.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

13. Pkt 18: Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-dezynfektor wyposażoną w pompy myjące wirnikiem wykonanym z materiału odpornego na działanie korozji innego niż stal kwasoodporna? Uzasadnienie: Nowoczesne technologie inżynierii materiałowej pozwalają na stosowanie z powodzeniem elementów wykonanych z tworzyw sztucznych w miejsce stali kwasoodpornej. Elementy te są lżejsze a ich odporność na czynniki korozji również wysoka (lżejszy wirnik = dłuższa żywotność pompy).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

14. Pkt 26: Prosimy o podanie nazwy i producenta systemu komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi, który posiada Zamawiający. Uzasadnienie: Dane niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

Odp.: Infomedica.

15. Pkt 41 i 42: Czy Zamawiający dopuszcza myjnię-dezynfektor wyposażoną w system podgrzewania wody uzdatnionej pod komorą myjącą o mocy 18 kW? Uzasadnienie: Oferowany system zapewnia szybkie podgrzewanie dla wszystkich faz procesu.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

16. Pkt 2 i 3 (wyposażenie): Czy Zamawiający dopuszcza wózki wsadowe z przyłączami z boku? Uzasadnienie: Oferwane wózki obsługiwane są w setkach szpitali w Polsce i obsługa nie popełnia błędów przy ich załadunku.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

17. Pkt 2, 45, 46: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy o pojemności komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewni Zamawiającemu większą wydajność oraz umożliwi sterylizację długich narzędzi i zestawów. Komora o pojemności 4 jednostek wsadu ma bardzo krótką komorę (ok. 60cm) co uniemożliwia sterylizację niektórych narzędzi lub zestawów. Dodatkowo różnica w cenie jest znikoma lub nawet na korzyść większej komory ze względu na bardzo małą ilość produkowanych tego typu wielkości sterylizatorów.

Odp.: Istotnym jest, aby zaproponowane urządzenie było możliwe do zamontowania w zaprojektowanej przestrzeni w sposób zapewniający swobodną obsługę, bez utrudnień. Jeżeli zaproponowane urządzenie spełni to wymaganie, to Zamawiający, dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

18. Pkt 4: Czy Zamawiający dopuści wykonanie częściowo połączeń przewodami elastycznymi? Uzasadnienie: Przewody elastyczne ułatwiają serwisowanie urządzenia.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

19. Pkt 15: Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz i drukarkę zlokalizowane ponad komorą z zabezpieczeniem przeciw oddziaływaniu cieplnym komory? Uzasadnienie: Sterylizator powinien być zabezpieczony przed wydostawaniem się pary z komory.

Odp.: Istotnym jest, aby zaproponowane urządzenie było bezpieczne i wygodne w obsłudze. Jeżeli zaproponowane urządzenie spełni to wymaganie, to Zamawiający, dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

20. Pkt 29: Czy Zamawiający dopuści sterylizator, którego konstrukcja wyklucza opisany program serwisowy, a proces wymiany uszczelki jest bardzo prosty i nie wymaga mechanicznego „wypchnięcia”/”zassania” uszczelki, która nie wymaga okresowego smarowania lub konserwacji? Uzasadnienie: Opisany program stosowany jest wyłącznie przez jednego producenta, z uwagi na konieczność okresowego smarowania uszczelki.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

21. Pkt 38: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z serwisowaniem z jednego boku urządzenia? Uzasadnienie: Z projektu wynika, że nie ma ograniczeń architektonicznych dotyczących dostępu do urządzenia.

Odp.: Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

22. Pkt 44: Czy Zamawiający dopuści wbudowany system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary niewymagający podgrzewania wody zasilającej? Uzasadnienie: Nowoczesne systemy odgazowania wody demineralizowanej zasilającej wytwornicę pary nie wymagają stosowania kosztownego eksploatacyjnie podgrzewania.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

23. Umowa par. 3, pkt. 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na 10 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów umowy.

24. Kary – par. 8 – Prosimy o naliczanie kar od wartości niewykonanego serwisu/naprawy/przeglądu wartości danego urządzenia, nie całej wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów umowy.

Prosimy o naliczanie kar od dnia zwłoki, nie godziny.

Odp.: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów umowy.

25. Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał min. 6 dostaw obejmujących urządzenia zgodne z zakresem zamówienia na, a także ich montaż wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlano-instalacyjnych na łączną kwotę min. 6.000.000 PLN brutto?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna warunek dostępu za spełniony.