

**Lista pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem dotyczącym wyłonienia
Wykonawcy zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą
techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"
w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni (3)**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

2. **§1 ust. 4 umowy:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy i posiadaną dokumentacją projektową.

3. **§3 ust. 1 umowy:** Prosimy o potwierdzenie, iż wydanie Zamawiającemu karty gwarancyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia gwarancyjnego.

Odp.: Potwierdzamy.

4. **§3 ust 4 umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odp.: Tak, Zamawiający dokonał już zmiany projektu umowy w tym zakresie.

5. **§3 ust 5 umowy:** Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Ze względu na fakt, iż urządzenie jest wyrobem medycznym serwis musi być realizowany zgodnie z instrukcją obsługi przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odp.: Zamawiający nie dokona zmiany projektu umowy poprzez dodanie wnioskowanego zapisu.

6. **§8 ust 2 podpunkt a) umowy:** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. na 0,05%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

7. **§8 ust 2 podpunkt c) umowy:** Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest również dostarczenie wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

8. **§8 ust 2 podpunkt d) umowy:** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. na 0,05%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

9. **§8 ust 2 podpunkt d) umowy:** Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest również dostarczenie wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga urządzenia o minimalnej pojemności 12 tac narzędziowy w standardzie DIN 1/1?

Odp.: Istotnym jest, aby zaproponowane urządzenie było możliwe do zamontowania w zaprojektowanej przestrzeni w sposób zapewniający swobodną obsługę, bez utrudnień. Zamawiający, dopuszcza złożenie oferty na urządzenie o pojemności innej niż 12 tac, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

11. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie przy deklarowanej mocy grzewczej komory zdolne było do przeprowadzenia skutecznego programu (program zawiera: mycie wstępne, mycie zasadnicze, płukanie, dezynfekcję termiczną A0=3000, efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883) dla narzędzi o wadze nie mniejszej niż 6 kg na każdą deklarowaną jednostkę pojemności DIN w czasie nie przekraczającym 60 minut?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami i odpowiedziami na pytania (dopuszczenia).

12. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system anti-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pianących lub pozostałości krwi na narzędziach?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami i odpowiedziami na pytania (dopuszczenia).

13. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by urządzenie wyposażone było w pompę obiegową o wydajności przepływu minimum 600 l/min?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami i odpowiedziami na pytania (dopuszczenia).

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wraz ze sterownikiem wyposażonym w złącze komunikacyjne RS485 lub RS232?

Odp.: Tak

15. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by jeden z ofertowanych wózków wsadowych umożliwiał załadunek maksymalnej ilości tac DIN dla oferowanego urządzenia wraz z przyłączem myjąco-suszącym umiejscowionym centralnie w podstawie wózka (brak błędów przy załadunku wózka)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

16. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by drugi z ofertowanych wózków wsadowych umożliwiał załadunek połowy maksymalnej ilości tac DIN dla oferowanego urządzenia wraz z przyłączem myjąco-suszącym umiejscowionym centralnie w podstawie wózka (brak błędów przy załadunku wózka)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

17. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując w pliku „myjnia-parametry.docx” innej ilości wózków niż w „formularz-oferty.docx”?

Odp.: Należy wycenić myjnie wraz z wózkami i osobno wózki wyszczególnione w formularzu oferty.

18. Proszę o potwierdzenie, że wózki wyszczególnione w pliku „myjnia-parametry.docx” w sekcji komplet wyposażenia nie wchodzi w skład ceny myjni i mają być wyszczególnione cenowo w osobnych pozycjach w pliku „formularz-oferty.docx”.

Odp.: Należy wycenić myjnie wraz z wózkami i osobno wózki wyszczególnione w formularzu oferty.

19. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami i odpowiedziami na pytania (dopuszczenia).

20. Czy Zgodnie z obowiązującym standardem wymagana jest gwarancja producenta na komorę sterylizacyjną minimum 15 lat?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami.

21. Czy Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenie posiadało ekran obok komory załadowniczej i jednocześnie było odporne na sytuację w którym para wydostanie się z komory mogąc uszkodzić elektronikę wyświetlacza?

Odp.: Zgodnie z załączonymi parametrami i odpowiedziami na pytania (dopuszczenia).

22. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wózka wsadowego przystosowanego do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki, w którym jedna z półek to podstawa wózka wsadowego natomiast druga i/lub kolejne półki są półkami dodatkowymi?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

23. Proszę o potwierdzenie, że wózek wsadowy w pozycji 45, półka w pozycji 45 oraz wózek transportowy w pozycji 46 wyszczególnione w pliku „sterylizator-parametry.doc” nie wchodzi w skład ceny sterylizatora parowego i mają być wyszczególnione cenowo w osobnych pozycjach w pliku „formularz-oferty.docx”.

Odp.: Należy wycenić sterylizatory wraz z wózkami i osobno wózki wyszczególnione w formularzu oferty.