

**Lista pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem dotyczącym wyłonienia  
Wykonawcy zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą  
techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"  
w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni (4)**

Dot. projektu umowy:

1. Par. 4: Prosimy o informację czy postępowanie jest opatrzone jakimś dofinansowaniem lub o podanie informacji jakie jest źródło finansowania tej inwestycji (np. środki UE, dotacja).  
**Odp.:** Inwestycja będzie finansowana z własnych środków Spółki, bez dofinansowania ze środków UE czy krajowych.
2. Par. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie płatności w postaci częściowej przedpłaty lub alternatywnie w postaci gwarancji bankowej lub weksla?  
**Odp.:** Sposób dokonywania płatności będzie doprecyzowywany na etapie negocjacji warunków realizacji zadania.

Dot. parametrów technicznych myjni:

3. Pkt 3: Czy Zamawiający dopuści doszczelnianie uszczelki komory bezpośrednio do ramy drzwi?  
**Odp.:** Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.
4. Pkt 26: Zamawiający udzielił w dniu 27.12.2023r. następującej odpowiedzi: *„Obecnie zamawiający nie posiada osobnego systemu dla potrzeb zarządzania procesami sterylizacji. Docelowo procesy te powinny być monitorowane z poziomu funkcjonującego w Szpitalu systemu CliniNet.”*
  - a. Prosimy o informację czy oferowany „Program do zarządzania procesami w Centralnej sterylizatorni wraz ze sprzętem komputerowym dla 5 stanowisk” (rozdz. III, pkt 14 formularza ofertowego) ma współpracować z posiadanym przez Państwa systemem HIS w ramach przedmiotowego postępowania, czy określenie „docelowo” oznacza raczej bliżej nieokreśloną przyszłość i ta funkcjonalność nie jest wyłączona z zakresu oferty.,  
**Odp.:** Program do zarządzania procesami w Centralnej sterylizatorni ma współpracować z posiadanym przez Szpital systemem HIS. Określenie „docelowo” oznacza, że wraz z zakończeniem inwestycji i oddaniem jej do użytkowania planujemy uruchomienie

funkcjonalności systemu informatycznego/integrację systemów pozwalające na pełną informatyzację procesów w CS.

- b. Dodatkowo prosimy o dopuszczenie zaoferowania programu niezależnego od systemu HIS, jeżeli oferowany program będzie dostarczany przez producenta oferowanych myjni-dezynfektorów i sterylizatora.

**Odp.:** Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

- c. Czy poprzez określenie „procesy te powinny być monitorowane z poziomu funkcjonującego w Szpitalu systemu CliniNet” Zamawiający dopuszcza możliwość skanowania kodów kreskowych lub 2D z poziomu programu HIS i przyporządkowanie ich do pacjentów w tym programie?

**Odp.:** Zamawiający, dopuści złożenie oferty na urządzenie z zaproponowanym rozwiązaniem, przy założeniu, że podczas dialogu technicznego dokona szczegółowej oceny funkcjonalności tego rozwiązania.

5. Pkt 3: Czy Zamawiający dopuści przeszklone drzwi komory min. 50 % powierzchni drzwi, zapewniające podgląd wszystkich poziomów mycia?

**Odp.:** Tak.

6. Wyposażeni: Prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego pozycji 4 – „Wózek narzędziowy 3-poziomowy do myjni”

**Odp.:** Prosimy o wypełnienie formularza ofertowego wg obecnego wzoru.