

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania pn. ”Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”, dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260 w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (trzecie postępowanie)

### Pytanie nr 1

**Dotyczy:** Pakiet nr 1 – parametry techniczne tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną z modułem do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej – 2 szt. – pakiet nr 1 (trzecie postępowanie)

Ppkt 17. - Moduł do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej

#### Treść pytania:

Czy Zamawiający wraz z dostawą tabletów wymaga dostarczenia systemu medycznego który umożliwi zapisywanie badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej? Jeśli nie, prosimy zrezygnować z zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Zamiarem Zamawiającego było dostarczenie urządzenia umożliwiającego uruchomienie na nim systemów wewnętrznych funkcjonujących w Szpitalu (Clininet, TopSor).

### Pytanie nr 2

**Dotyczy:** Pakiet nr 1 – parametry techniczne tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną z modułem do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej – 2 szt. – pakiet nr 1 (trzecie postępowanie)

Ppkt 22. - Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności oraz Ppkt 23. Certyfikat IEC 60601-1

#### Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenia tabletu posiadające wyłącznie certyfikat CE?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **UWAGA:**

Zamawiający wymaga, aby w dokumencie obrazującym parametry techniczne oferowanego urządzenia, w przypadku oferowania parametru wynikającego z dopuszczenia opublikowanego w ramach odpowiedzi na pytania do postępowania, zamieścić uwagę o tym fakcie przy danym parametrze.